

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
NR. 16A**

**PPHU DIAMOND Spółka z o.o.  
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31**

**Deklaruje, że wyroby:**

**CIŚNIENIOMIERZE**

**TYP 418**

**10/20 – 50/63 – G ¼ B – 0/2,5 bar - 0/10 bar – 2,5**

**ART.418.50-10; ART.418.50-4; ART.418.50-6.  
ART.418.63-2,5; ART.418.63-4; ART.418.63-6; ART.418.63-10.  
ART.418-P.50-4; ART.418-P.63-10; ART.418-P.63-6.**

**Przyłącza: G ¼ B promieniowe lub współśrodkowe tylne**

**Zakres ciśnienia: od 0 bar do 2,5; 4; 6; 10 bar**

**Temperatura otoczenia: od - 20°C do 60°C**

**Klasa dokładności: 2,5**

**Przeznaczone do pomiaru ciśnienia powszechnie stosowanych płynów.**

**Ciśnieniomierze wg niniejszej deklaracji oznaczone są zgodnie z normą:**

**PN-EN 837-1:2000 Ciśnieniomierze z rurką Bourdona – Wymagania i badania**

**W imieniu producenta podpisał -(a):**

**Kraków, dnia 2 listopad 2018 r.**

.....  
**(miejsce i data wydania)**

**SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT**

**(nazwisko i stanowisko)**  
DIREKTOR BIURA ADMINISTRACYJNYCH  
PROKURENT  
DIAMOND Spółka z o.o.  
.....  
**Sławomir Kasprzyk**  
**(podpis)**

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
**NR. 16B**

**PPHU DIAMOND Spółka z o.o.**  
**31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31**

**Deklaruje, że wyroby:**

**TERMOMETRY**

**TYP:419**

**BM- 40/63 -3 -G ¼ B/G ½ B - 6 - 0/120 - 2 - 28/50 - 11 TYŁ,**  
**BM- 40/63 - 8 -1 - 0/120 - 2 - 13 - 15 TYŁ-SPR**

**ART.419-P.40-120**

**ART.419-P.63-120**

**ART.419-SPR.63-120**

**Przyłącza: G ¼ B, dociskowe, z tyłu, centryczne**

**Zakres nominalny: od 0°C do 120°C**

**Temperatura otoczenia: bez wpływu na wynik pomiaru**

**Klasa dokładności: 2**

**Przeznaczone do pomiaru temperatury powszechnie stosowanych płynów.**

**Termometry wg niniejszej deklaracji oznaczone są zgodnie z normą:**  
**PN-EN 13190:2004 Termometry wskazówkowe**

**W imieniu producenta podpisał -(a):**

**Kraków, dnia 2 listopad 2018 r.**

.....  
**(miejsce i data wydania)**

**SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT**  
**(nazwisko i stanowisko)**

**SŁAWOMIR KASPRZYK**  
**PPHU DIAMOND Sp. z o.o.**

.....  
**(podpis)**

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
NR. 16C**

**PPHU DIAMOND Spółka z o.o.  
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31**

**Deklaruje, że wyroby:**

**TERMOMANOMETRY  
TYP:420  
TERMOMETR  
BM-80-2(3)-G ½ B-6-0/120-2-26-10  
Z CIŚNIENIOMIERZEM  
10-B-80-G ½ B-0/6 bar-2,5 (DOLNY—TYLNY)**

**ART.420.80  
ART.420-P.80-120**

**Przyłącza: G 1/2 B, z dołu lub z tyłu, centryczne  
Zakres nominalny: od 0°C do 120°C  
Zakres ciśnienia: od 0 bar do 6 bar  
Temperatura otoczenia: bez wpływu na wynik pomiaru  
Klasa dokładności: 2, 2,5**

**Przeznaczone do pomiaru ciśnienia i temperatury powszechnie stosowanych płynów.**

**Termometr z ciśnieniomierzem wg niniejszej deklaracji oznaczony jest zgodnie z normami:**

**PN-EN 13190:2004 Termometry wskazówkowe**

**PN-EN 837-1:2000 Ciśnieniomierze z rurką Bourdona – Wymagania i badania**

**W imieniu producenta podpisał -(a):**

**Kraków, dnia 2 listopad 2018 r.**

**(miejsce i data wydania)**

**SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT**

**(nazwisko i stanowisko)**

**PROKURATOR  
PPHU DIAMOND Spółka z o.o.**

*Sławomir Kasprzyk*

**(podpis)**